LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL

DMAEVCE – DAEAC - DAE
Serviço de Metrologia
Av. Infante D. Henrique, Lote 1
1800-220 LISBOA
Tel. 21 855 50 26
metrologia@cm-lisboa.pt

Despacho nº 1366/2023

**CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO** **Número 201.26 / 112118 5**

| | |
|---|---|
| **ENTIDADE** | |
| NOME | VALORSUL, S.A. VALORIZACAO TRAT. RESIDUOS SOLIDOS REGIOES LISBOA E OESTE |
| ENDEREÇO | ESTRADA MILITAR AO LUMIAR (PLATAFORMA RIBEIRINHA DA CP 2696-801 BOBADELA) |
| **INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO** | |
| DESIGNAÇÃO | Balança |
| MARCA | PRECIA |
| MODELO | X201-A |
| NÚMERO | 06F038776 |
| CONSTITUIÇÃO | - |
| **CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS** | |
| CLASSE DE EXATIDÃO | Classe III |
| INTERVALO DE INDICAÇÃO | 400 000 g a 60 000 000 g |
| RESOLUÇÃO DO DISPOSITIVO AFIXADOR | 20 000 g |
| DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MODELO | E-01-00-005 |
| **OPERAÇÃO EFETUADA** | |
| TIPO | Verificação Periódica |
| DATA | 2026-10-20 |
| MÉTODO | Método de ensaio de acordo com o Procedimento 3.03.PTE.01 |
| DOCUMENTO DE REFERÊNCIA | Portaria n.º 320/2019 de 19 de setembro - Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos IPna; |
| RASTREABILIDADE METROLÓGICA | Às unidades SI, através dos padrões calibrados por CML, IPQ e Servimetro |
| RESULTADO | Aprovado, em conformidade com o Regulamento em vigor.<br>Etiqueta Informativa n.º 2026 001 112118 5 |

Nota: Ao abrigo da Portaria n.º 320/2019 de 19 de setembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos Instrumentos de Pesagem de funcionamento não automático, a operação associada a este Certificado de Verificação, no caso de aprovação, é válida por um ano, após a data da sua realização.

Lisboa, 27 de outubro de 2026

Técnico

Responsável Técnico

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao item ensaiado

RG