

## CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

Número 201.26 / 00008588

### ENTIDADE

NOME VALORSUL, S.A. VALORIZAÇÃO TRAT. RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÕES LISBOA E OESTE  
ENDEREÇO ESTRADA MILITAR AO LUMIAR (PLATAFORMA RIBEIRINHA DA CP 2696-801 BOBADELA)

### INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO Balança  
MARCA PRECIA  
MODELO X201-A  
NÚMERO 04F633202  
CONSTITUIÇÃO -

### CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO Classe III  
INTERVALO DE INDICAÇÃO 400 000 g a 60 000 000 g  
RESOLUÇÃO DO DISPOSITIVO AFIXADOR 20 000 g  
DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MODELO E-01-00-005

### OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO Verificação Periódica  
DATA 2023-10-18  
MÉTODO Método de ensaio de acordo com o Procedimento 3.03.PTE.01  
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA Portaria n.º 320/2019 de 19 de Setembro - Regulamento do Controlo Metroológico Legal dos IPna;

RASTREABILIDADE METROLÓGICA Às unidades SI, através dos padrões calibrados por CML, IPQ e Servimetro

RESULTADO Aprovado, em conformidade com o Regulamento em vigor.  
Etiqueta Informativa n.º 2023-001 055759-1

Nota: Ao abrigo da Portaria n.º 320/2019 de 19 de setembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metroológico Legal dos Instrumentos de Pesagem de funcionamento não automático, a operação associada a este Certificado de Verificação, no caso de aprovação, é válida por 365 dias, após a data da sua realização.

Lisboa, 02 de novembro de 2023



Técnico



Responsável Técnico

## CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

Número 201.26 / 00008589

### ENTIDADE

NOME

VALORSUL, S.A. VALORIZAÇÃO TRAT. RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÕES LISBOA E OESTE

ENDEREÇO

ESTRADA MILITAR AO LUMIAR (PLATAFORMA RIBEIRINHA DA CP 2696-801 BOBADELA)

### INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO

Balança

MARCA

PRECIA

MODELO

X201-A

NÚMERO

06F038776

CONSTITUIÇÃO

-

### CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO

Classe III

INTERVALO DE INDICAÇÃO

400 000 g a 60 000 000 g

RESOLUÇÃO DO DISPOSITIVO AFIXADOR

20 000 g

DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MODELO

E-01-00-005

### OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO

Verificação Periódica

DATA

2023-10-18

MÉTODO

Método de ensaio de acordo com o Procedimento 3.03.PTE.01

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

Portaria n.º 320/2019 de 19 de Setembro - Regulamento do Controlo Metrologico Legal dos IPna;

RASTREABILIDADE METROLÓGICA


Às unidades SI, através dos padrões calibrados por CML, IPQ e Servimetro

RESULTADO

Aprovado, em conformidade com o Regulamento em vigor.  
Etiqueta Informativa n.º 2023-001 055758-4

Nota: Ao abrigo da Portaria n.º 320/2019 de 19 de setembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrologico Legal dos Instrumentos de Pesagem de funcionamento não automático, a operação associada a este Certificado de Verificação, no caso de aprovação, é válida por 365 dias, após a data da sua realização.

Lisboa, 02 de novembro de 2023



Técnico



Responsável Técnico