SERVIMETRO
SERVIÇOS DE METROLOGIA

Despacho de qualificação nº 14815/2022

IPAC acreditação
L0459
ISO/IEC 17025
Ensaios

Servimetro - Serviços de Metrologia S.A
Rua Francisco Canas nº 23, Bloco 1, Fracção B
2660-500 Santo Antão do Tojal
Tel: 219 834 677 | Fax: 219 835 051
geral@servimetro.pt | www.servimetro.pt

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 201.24/2601955

NIPC/NIF 504 249 320 - Sociedade Anónima - Cons. Reg. Com. de Loures nº 18666 - Cap. Social 275.000€

ENTIDADE

NOME	VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.
ENDEREÇO	Plataforma Ribeirinha da CP, Estação de Mercadorias da Bobadela, 2696-801 São João da Talha

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO	Instrumento de Pesagem não Automático (IPnA)
MARCA	Barbal
MODELO	W7
NÚMERO	23/2412
CONSTITUIÇÃO	Indicador e receptor de carga com 8 célula e 8 apoios.

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO	III
INTERVALO DE INDICAÇÃO	400 kg a 60000 kg
DIVISÃO DA VERIFICAÇÃO	20 kg
DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MODELO	T11843

OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO	Verificação Periódica
DATA	2026-05-05
MÉTODO	Comparação
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de abril; Portaria n.º 320/2019; OIML R76-1:2006; OIML R76-2:2007; EN 45501:2015; DTPT008 Ed.07
RASTREABILIDADE METROLÓGICA	Servimetro
RESULTADO	Aprovado

Nota: Ao abrigo da Portaria n.º 320/2019 de 19 de Setembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos Instrumentos de Pesagem não Automáticos, a operação associada a este Certificado de Verificação, no caso de aprovação, é válida por um ano, após a data da sua realização.

Etiqueta Informativa n.º 2026-001-215717-8

Santo Antão do Tojal, 13 de Maio de 2026

Verificado por

Emanuel Lourenço

Técnico

Responsável técnico

Assinado digitalmente por Hélio José Maria

Hélio Maria

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

Desde 1998

SERVIMETRO
SERVIÇOS DE METROLOGIA

Organismo de Verificação Metrológica

Despacho de qualificação nº 14815/2022

IPAC acreditação
L0459
ISO/IEC 17025
Ensaios

Servimetro - Serviços de Metrologia S.A
Rua Francisco Canas nº 23, Bloco 1, Fracção B
2660-500 Santo Antão do Tojal
Tel: 219 834 677 | Fax: 219 835 051
geral@servimetro.pt | www.servimetro.pt

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 201.24/2601955

NIPC/NIF 504 249 320 - Sociedade Anónima - Cons. Reg. Com. de Loures nº 18666 - Cap. Social 275.000€

INFORMAÇÃO ESPECÍFICA

LOCAL DA VERIFICAÇÃO	Centro de Tratamento de Resíduos do Oeste, E.N. 361-1, 2550-078 Vilar
TIPO DE INDICAÇÃO	Descontínua
TIPO DE EQUILIBRIO	Automático
TIPO DE RETORNO A ZERO	Automático
MULTIESCALA	Não
MULTIGAMA	Não
TARA	Inativa
VERSÃO DE SOFTWARE	V4.18.39
CHECKSUM	15487782

RESULTADOS

ENSAIO DE PESAGEM	Aprovado
ENSAIO DE EXCENTRICIDADE	Aprovado
ENSAIO DE MOBILIDADE	Aprovado
ENSAIO DE SENSIBILIDADE	Não aplicável
ENSAIO DE REPETIBILIDADE	Aprovado
ENSAIO DE ESTABILIDADE DO EQUILÍBRIO	Não aplicável
ENSAIO DE PESAGEM COM TARA	Não aplicável

A conformidade não tem em conta a incerteza da medição.

Ensaios fora do âmbito da acreditação para valores superiores a 150000 kg.

Foi efectuada a selagem de acordo com a Portaria n.º 211/2022 de 23 de agosto.

Os resultados referem-se apenas aos itens ensaiados e estão disponíveis no registo correspondente ao presente certificado de verificação.

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao item ensaiado.

Desde 1998