

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 201.24/2400292

PÁGINA 1 DE 2

ENTIDADE

NOME VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.
ENDEREÇO Plataforma Ribeirinha da CP, Estação de Mercadorias da Bobadela, 2696-801 São João da Talha

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO Instrumento de Pesagem não Automático (IPnA)
MARCA Barbal
MODELO W7
NÚMERO 22/2411
CONSTITUIÇÃO Indicador e receptor de carga com 8 célula e 8 apoios.

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO III
INTERVALO DE INDICAÇÃO 400 kg a 60000 kg
DIVISÃO DA VERIFICAÇÃO 20 kg
DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MODELO T11843

OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO Verificação Periódica
DATA 2024-05-07
MÉTODO Comparação
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de abril; Portaria n.º 320/2019; OIML R76-1:2006; OIML R76-2:2007; EN 45501:2015; DTPT008 Ed.07
RASTREABILIDADE METROLÓGICA Às unidades SI, através de massas calibradas pela Servimetro
RESULTADO Aprovado

Nota: Ao abrigo da Portaria n.º 320/2019 de 19 de Setembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos Instrumentos de Pesagem não Automáticos, a operação associada a este Certificado de Verificação, no case de aprovação, é válida por um ano, após a data da sua realização.

Etiqueta Informativa n.º 2024-001-216201-5


Santo Antão do Tojal, 20 de Maio de 2024

Verificado por

Renato Frade

Técnico

Responsável técnico



Assinado digitalmente por Hélio José Maria

Hélio Maria

Ensaços fora do âmbito da acreditação para valores superiores a 150000 kg.

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 201.24/2400292

PÁGINA 2 DE 2

INFORMAÇÃO ESPECÍFICA

| | |
|------------------------|---|
| LOCAL DA VERIFICAÇÃO | Centro de Tratamento de Resíduos do Oeste, E.N. 361-1, 2550-078 Vilar |
| TIPO DE INDICAÇÃO | Descontínua |
| TIPO DE EQUILÍBRIO | Automático |
| TIPO DE RETORNO A ZERO | Automático |
| MULTIESCALA | Não |
| MULTIGAMA | Não |
| TARA | Inativa |
| VERSÃO DE SOFTWARE | V4.18.39 |
| CHECKSUM | 15487782 |

RESULTADOS

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| ENSAIO DE PESAGEM | Aprovado |
| ENSAIO DE EXCENTRICIDADE | Aprovado |
| ENSAIO DE MOBILIDADE | Aprovado |
| ENSAIO DE SENSIBILIDADE | Não aplicável |
| ENSAIO DE REPETIBILIDADE | Aprovado |
| ENSAIO DE ESTABILIDADE DO EQUILÍBRIO | Não aplicável |
| ENSAIO DE PESAGEM COM TARA | Não aplicável |

A conformidade não tem em conta a incerteza da medição.

Ensaíolos fora do âmbito da acreditação para valores superiores a 150000 kg.

Foi efectuada a selagem de acordo com a Portaria n.º 211/2022 de 23 de agosto.

Os resultados referem-se apenas aos itens ensaiados e estão disponíveis no registo correspondente ao presente certificado de verificação.

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao item ensaiado.